

**Галузь вимірювальних можливостей  
 вимірювальної лабораторії ТЗОВ «КОЕЛЬНЕР - УКРАЇНА»  
 на проведення вимірювань**

Назви величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювання	Діапазон вимірювань	Похибка або невизначеність вимірювань
1	2	3	4
Геометричні розміри	Засоби кріплення (болти, шурупи, шпильки, дюбелі, цв'яхи)	0 ... 1000 мм	$\Delta = \pm 0,01$ мм $\Delta = \pm 0,1$ мм $\Delta = \pm 0,5$ мм
Товщина захисного покриття		0 ... 500 мкм	$\Delta = \pm (0,03 T + 1)$ мкм
Міцність на розтяг та розрив	Засоби кріплення (болти, шурупи, шпильки, дюбелі, цв'яхи)	0 ... 100 кН	$\delta = \pm 2 \%$
Міцність з'єднання головки зі стержнем		100 ... 500 кН	$\delta = \pm 1 \%$
Розрив на косій шайбі		20 ... 70 НРС	$\delta = \pm 2$ од.тв.
Твердість		0 ... 145 кН	$\delta = \pm 2 \%$
Зусилля на вирив		0 ... 3000 г	$\Delta = \pm 0,05$ г
Маса			

**Генеральний директор  
 ДП «Львівстандартметрологія»**

Заступник генерального директора  
 з питань метрології

Начальник відділу оцінювання  
 систем керування вимірюваннями



**Андрій СЛЮЗ**

Микола ГУЛЯНИЦЬКИЙ

Надія МОТАЛЮ